



A3L - Laboratório de Metrologia Industrial, Lda
Despacho de Qualificação n.º 759/2023
Rua dos Terços, 619
4410-236 Canelas, Vila Nova de Gaia
Telef(s): 227 121 489/90
E-mail: a3l@a3l.pt



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO: 201.24 / 1051

ENTIDADE

Página 1 de 2

NOME: Lista de Conquistas, Unipessoal, Lda.
ENDEREÇO: Rua do Rosmaninho, Lote 1, R/C, Loja A - Porto Alto (2135-083 Samora Correia)

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO: Instrumento de Pesagem não Automático
MARCA: Avery Berkel
MODELO: L215
NÚMERO: 598175
CONSTITUIÇÃO: Módulo de Indicador e Plataforma

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO: III
INTERVALO DE INDICAÇÃO: MÁXIMO (kg): 60000 MÍNIMO (kg): 400
RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR (kg): e: 20 d: 20
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO: UK 2262

OPERAÇÃO EFECTUADA

TIPO: VERIFICAÇÃO PERIÓDICA (VP)
DATA: 2023-12-05
MÉTODO: Por comparação
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro
Portaria n.º 1322/95 de 8 de Novembro
Portaria n.º 211/2022 de 23 agosto
OIML R76-1 Edição 2006
Procedimento A3L n.º PT 05 06 - Revisão 3
RASTREABILIDADE METROLÓGICA: Massas de 20 kg referência da classe de exactidão M2 calibradas pelo método de comparação: Comparador (001) rastreado à TAP.
Massas de valor nominal inferior a 20 kg, da classe de exactidão M2, calibradas pela KERN (DKD), TAP e ISQ.
Massas de valor nominal 1000 kg, da classe de exactidão M2, calibradas pelo IPQ.

RESULTADO: APROVADO

Nota: Ao abrigo do Artigo 6.º da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos (IPnA), a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano após a data da sua realização.

ETIQUETA INFORMATIVA N.º: 2023-001-117253-1

Vila Nova de Gaia, 7 de dezembro de 2023

Elysson Semedo
(TÉCNICO DE ENSAIOS)

Eng.º Jorge Baptista
(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

O PRESENTE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO SÓ PODE SER REPRODUZIDO NO SEU TODO E APENAS SE REFERE AO(S) ITEM(S) ENSAIADO(S)



A3L - Laboratório de Metrologia Industrial, Lda
Despacho de Qualificação n.º 759/2023
Rua dos Terços, 619
4410-236 Canelas, Vila Nova de Gaia
Telef(s): 227 121 489/90
E-mail: a3l@a3l.pt



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO: 201.24 / 1051

Página 2 de 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

REFERÊNCIA INTERNA: Bâscula
LOCAL INSTALAÇÃO IP: Barreiro, Setúbal

O PRESENTE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO SÓ PODE SER REPRODUZIDO NO SEU TODO E APENAS SE REFERE AO(S) ITEM(S) ENSAIADO(S)