

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2318536

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDADE

NOME BGR - Gestão de Resíduos, Lda.
ENDEREÇO Rua Vale do Lide, Lote 55, Bairro de São Vicente, 2695-671 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)
MARCA SIPV
MODELO SVP/VA1
NÚMERO 1901028
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 8 células e 8 apoios.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO 20 kg
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO E10-00-002

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica (VP)
DATA 2023-09-21
MÉTODO Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º 43/2017; Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro; DTPT008, Ed. 7; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Às unidades SI, através de massas calibradas pela Servimetro
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metroológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2023-001-050747-9

Santo Antão do Tojal, 25 de setembro de 2023

Verificado por
Sérgio Lourenço
Técnico

Responsável técnico

Hélio Maria

Ensaíos fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2318536

PÁGINA 2 DE 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

Local da verificação	E.N. 10, km 139, 2695-718 São João da Talha
Tipo de indicação	Descontínua
Tipo de equilíbrio	Automático
Tipo de retorno a zero	Automático
Multiescala	Não
Multigama	Não
Tara	Inativa

RESULTADOS

Ensaio de pesagem	Aprovado
Ensaio de excentricidade	Aprovado
Ensaio de mobilidade	Aprovado
Ensaio de sensibilidade	Não aplicável
Ensaio de repetibilidade	Aprovado
Ensaio de estabilidade do equilíbrio	Não aplicável
Ensaio de pesagem com tara	Não aplicável

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente Certificado de Verificação.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Ensaaios fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).